

Assorbitore di fluoro 15g VELP



Progettato per proteggere il reattore dell'analizzatore elementare EMA 502 durante l'analisi di campioni contenenti fluoro, prolungandone la durata senza influenzare l'attività del catalizzatore.

L'assorbitore di fluoro deve essere posizionato all'interno dell'inserito per ceneri (codice A00000445) a circa 1 cm sopra lo strato di lana di quarzo.

Questa configurazione prolunga la durata del reattore senza alterare l'attività del catalizzatore.

Codice Articolo: A00000456

Breve descrizione del prodotto:

Assorbitore di fluoro 15g VELP