

NANOCOLOR Nichel, 250Test set di reagenti (CM0091862) MACHEREY-NAGEL



Codice Articolo: 23.2734.88

Breve descrizione del prodotto:

Set di reagenti NANOCOLOR Nichel, 250 Test MACHEREY-NAGEL

Informazioni aggiuntive:

- Intervallo: 0.01 -10.0 mg/l Ni²⁺
- Parametro: Nichel
- Numero di test: 100 -250
- Conservabilità: almeno 2 anni

Descrizione

Nanocolor analisi fotometrica delle acque

Il principio dell'analisi fotometrica consiste nella misura elettronica dell'attenuazione della luce, ad una specifica lunghezza d'onda, provocata dal complesso colorato da determinare. La fotometria è lo standard per l'analisi di campioni di acqua e di acque reflue in molteplici settori. In particolare, le norme internazionali raccomandano l'analisi fotometrica per il monitoraggio della qualità delle acque.

NANOCOLOR - Set di reagenti

- Confezioni per un elevato numero di analisi.
- Ciascuna confezione contiene tutti i reattivi richiesti preparati in singole bottiglie. La composizione dei reattivi corrisponde allo sviluppo di ciascuna analisi e tiene conto della stabilità dei reattivi. Questo spiega perché alcuni reattivi vengono forniti in soluzione e altri come solidi. Per questo, reazioni chimiche complesse possono essere eseguite in modo sicuro e riproducibile.
- L'analisi viene eseguita in un "sistema chiuso". Il campione (20 ml) viene miscelato con i reattivi in un palloncino tarato da 25 ml e portato a volume con acqua distillata.

Questo procedimento offre numerosi vantaggi:

- Accuratezza: il volume definito di campione viene portato ad un definito volume finale dopo aggiunta dei reattivi.

In questo modo, variazioni nell'aggiunta dei reattivi non provocano errori nei risultati.

- Più ampio intervallo di misura: se le concentrazioni superano i limiti dell'intervallo di applicabilità di una analisi (concentrazioni elevate) il volume del campione può essere facilmente diminuito senza alterare il procedimento analitico.
- Procedimento analitico: la reazione può essere agevolmente seguita nel palloncino tarato. Si notano immediatamente anomalie quali colori inattesi, torbidità o sviluppo di gas e questo non può provocare errori inosservati. Dopo la preparazione, la miscela di reazione viene versata nella cuvetta più adatta (in funzione della accuratezza richiesta e dell'intervallo di misura) ed è così pronta per la misura fotometrica.

Informazioni aggiuntive

Principi della reazione: Gli ioni nichel formano con la diacetildiossima in soluzione ammoniacale un colore rosso marrone dopo ossidazione con bromo.













Non vengono determinati il cianuro di nichel ed i cianocomplessi del nichel.













Per eliminare l'interferenza da calcio usare i reattivi per precipitarlo.


Non interferiscono: Mn <1 mg/l; Co, Cr < 2 mg/l; Cu < 4 mg/l; Fe, Zn < 10 mg/l.

Il metodo può essere utilizzato per analisi di acque marine dopo diluizione (1:10).

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|--|---------------|--------------------------|
|--|---------------|--------------------------|

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 23.2728.88 | NANOCOLOR Set Orto-Fosfati, 500Test set di reagenti (CM0091878) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2741.88 | NANOCOLOR Set Piombo s/tetraclorometano 25Test set di reagenti (CM0918101) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2700.88 | NANOCOLOR Alluminio, 220Test set di reagenti (CM0091802) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2702.88 | NANOCOLOR Ammonio, 100Test set di reagenti (CM0091805) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2710.88 | NANOCOLOR Cloro, 250Test set di reagenti (CM0091816) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2712.88 | NANOCOLOR Cloruri, 220Test set di reagenti (CM0091820) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2718.88 | NANOCOLOR Cromati, 250Test set di reagenti (CM0091825) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2708.88 | NANOCOLOR Cianuri, 250Test set di reagenti (CM0091830) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2748.88 | NANOCOLOR Tensioattivi Anionici, 40Test set di reagenti (CM0091832) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2750.88 | NANOCOLOR Tensioattivi Cationici, 40Test set di reagenti (CM0091834) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2724.88 | NANOCOLOR Ferro, 250Test set di reagenti (CM0091836) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2730.88 | NANOCOLOR Idrazina, 220Test set di reagenti (CM0091844) MACHEREY-NAGEL |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 23.2744.88 | NANOCOLOR Silice, 250Test set di reagenti (CM0091848) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2714.88 | NANOCOLOR Cobalto, 220Test set di reagenti (CM0091851) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2742.88 | NANOCOLOR Rame, 250Test set di reagenti (CM0091853) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2732.88 | NANOCOLOR Manganese, 250Test set di reagenti (CM0091860) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2736.88 | NANOCOLOR Nitrati Z, 440Test set di reagenti (CM0091863) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2735.88 | NANOCOLOR Nitrati, 100Test set di reagenti (CM0091865) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2738.88 | NANOCOLOR Nitriti, 220Test set di reagenti (CM0091867) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2722.88 | NANOCOLOR Fenolo, 440Test set di reagenti (CM0091875) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2726.88 | NANOCOLOR Set Orto-Fosfati, 500Test set di reagenti (CM0091877) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2746.88 | NANOCOLOR Solfuri, 250Test set di reagenti (CM0091888) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.2754.88 | NANOCOLOR Zinco, 250Test set di reagenti (CM0091895) MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0918131 | NANOCOLOR Set Cadmio s/tetraclorometano set di reagenti MACHEREY-NAGEL |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 23.2705.88 | NANOCOLOR Biossido di Cloro, 50Test set di reagenti (CM0918163) MACHEREY-NAGEL |

Download

| Brochure |
|---|
|  |