

## MATRACCIO TARATO CL.A 10 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19 CERTIFICATO



Caratteristiche: Vetro borosilicato con certificazione di conformità “DE-M”. Tolleranze grado A. Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica. Graduazione indelebile blu. Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

**In magazzino:** 34


**Codice Articolo:** 01.1193.17


### Breve descrizione del prodotto:

Matraccio tarato certificato DE-M vetro borosilicato ml 10 con tappo cono 10/19

### Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 10
- Cono (NS): 10/19

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|  | <a href="#">01.1193.11</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 5 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19<br>CERTIFICATO |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|    | <a href="#">01.1193.27</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 20 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19<br>CERTIFICATO  |
|    | <a href="#">01.1193.32</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 25 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19<br>CERTIFICATO  |
|    | <a href="#">01.1193.45</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 50 ML VETRO BORO 3.3 NS 12/21<br>CERTIFICATO  |
|    | <a href="#">01.1193.34</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23<br>CERTIFICATO |
|   | <a href="#">01.1193.69</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 200 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23<br>CERTIFICATO |
|  | <a href="#">01.1193.73</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 250 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23<br>CERTIFICATO |
|  | <a href="#">01.1193.79</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 500 ML VETRO BORO 3.3 NS 19/26<br>CERTIFICATO |
|  | <a href="#">01.1193.88</a> | MATRACCIO TARATO CL.A 1 LT VETRO BORO 3.3 NS 24/29<br>CERTIFICATO   |