


## MATRACCIO TARATO CL.A 5 LT VETRO DURAN SN 34/35 CERT."DE-M"



Matracci tarati in vetro Duran® con certificazione di conformità "DE-M". Tolleranze grado A.Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica.Graduazione indelebile blu. Un rigoroso controllo assicura uniformità e riproducibilità in tutte le fasi di lavorazione. Altre garanzie di qualità sono l'esattezza di calibrazione nei limiti di errore ammessi dalle norme del Codice Tedesco degli Standard, la colorazione della graduazione normalmente azzurra che crea un contrasto con la trasparenza del vetro e facilita la lettura del menisco del liquido, la colorazione bianca per gli articoli in vetro giallo.Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

Codice Articolo: 01.1195.95

## Breve descrizione del prodotto:

Matraccio tarato certificato DE-M classe A vetro DURAN® ml 5000 con tappo cono 34,5/35

## Informazioni aggiuntive:

Capacità (ml): 5000Cono (NS): 34,5/35

Prodotto padre: 01.1195.11



Codice	VARIANTI Articolo
01.1195.97	MATRACCIO TARATO CL.A 10 LT VETRO DURAN SN 45/40 CERT."DE- M"
01.1195.11	MATRACCIO TARATO CL.A 5 ML VETRO DURAN SN10/19 CERT."DE-M"
01.1195.17	MATRACCIO TARATO CL.A 10 ML VETRO DURAN SN10/19 CERT."DE- M"
01.1195.27	MATRACCIO TARATO CL.A 20 ML VETRO DURAN SN10/19 CERT."DE- M"
01.1195.32	MATRACCIO TARATO CL.A 25 ML VETRO DURAN SN10/19 CERT."DE- M"
01.1195.33	MATRACCIO TARATO CL.A 50 ML VETRO DURAN SN14/23 CERT."DE- M"
01.1195.34	MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO DURAN SN14/23 CERT."DE- M"
01.1195.45	MATRACCIO TARATO CL.A 50 ML VETRO DURAN SN12/21 CERT."DE- M"
01.1195.57	MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO DURAN SN12/21 CERT."DE- M"
01.1195.69	MATRACCIO TARATO CL.A 200 ML VETRO DURAN SN14/23 CERT."DE- M"
01.1195.73	MATRACCIO TARATO CL.A 250 ML VETRO DURAN SN14/23 CERT."DE- M"



Codice	VARIANTI Articolo
01.1195.79	MATRACCIO TARATO CL.A 500 ML VETRO DURAN SN18,8/26 CERT."DE-M"
01.1195.88	MATRACCIO TARATO CL.A 1 LT VETRO DURAN SN24/29 CERT."DE-M"
01.1195.90	MATRACCIO TARATO CL.A 2 LT VETRO DURAN SN29,2/32 CERT."DE- M"