

Standard conducibilità 147 μ S/cm (25°C) 500ml c/certificato N.I.S.T. XS BASIC



- Accuratezza $\pm 1\%$
- Bottiglia da 500 ml con comparto di misura integrato
- Certificato d'Analisi scaricabile dal sito www.giorgiobormac.com utilizzando il lotto riportato in etichetta

Codice Articolo: 51100623


Breve descrizione del prodotto:

Standard conducibilità 147 μ S/cm (25°C) 500 ml con certificato N.I.S.T. XS BASIC

Descrizione

Per ulteriori dettagli tecnici **clicca qui**

Download

Scheda tecnica

Brochure

