

## Standard conducibilità 84 $\mu$ S/cm (25°C) 500ml c/certificato N.I.S.T. XS BASIC



- Accuratezza  $\pm 1\%$
- Bottiglia da 500 ml con comparto di misura integrato
- Certificato d'Analisi scaricabile dal sito [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com) utilizzando il lotto riportato in etichetta

**Codice Articolo:** 51100613

### Breve descrizione del prodotto:

Standard conducibilità 84  $\mu$ S/cm (25°C) 500 ml con certificato N.I.S.T. XS BASIC

### Descrizione

Per ulteriori dettagli tecnici [clicca qui](#)

### Download

Scheda tecnica



Brochure

