

SOLUZIONE PH 10.01(GIALLO) 500ML AutoCAL (238223) CERTIFICATA HAMILTON



Caratteristiche principali: Soluzioni tampone con valore reale di pH certificato da laboratorio accreditato DKD. Accuratezza garantita per 5 anni. Dotate di certificato tracciabile N.I.S.T. e PTB. Sul certificato è riportato il valore reale e la data di scadenza. Sono immuni ai microrganismi. Confezionate in bottiglia ergonomica AutoCAL con comparto di taratura incorporato. Economiche, si utilizza la giusta quantità per la calibrazione. Colorate per una facile identificazione.








Codice Articolo: 08.3882.83

Breve descrizione del prodotto:

Soluzione tampone ph 10,01 $\pm 0,02$ (25 $^{\circ}$ C) "AutoCAL" certificato ISO 9001-DKD giallo ml 500

Informazioni aggiuntive:

- Volume (ml): 500
- Accuratezza pH: $\pm 0,02$
- Stabilità mesi: 60
- Colore: Giallo
- pH: 10,01

	Codice	VARIANTI Articolo
	08.3879.83	SOLUZIONE PH 4.01 (ROSSO) 500ML AutoCAL (238217) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3880.83	SOLUZIONE PH 7.00 (VERDE) 500 ML AutoCAL (238218) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3881.83	SOLUZIONE PH 9.21 (BLU) 500 ML AutoCAL (238219) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3875.83	SOLUZIONE PH 4.01 (ROSSO) 250 ML AutoCAL (238317) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3877.83	SOLUZIONE PH 9.21 (BLU) 250 ML AutoCAL (238319) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3876.83	SOLUZIONE PH 7.00 (VERDE) 250 ML AutoCAL (238318) CERTIFICATA HAMILTON
	08.3878.83	SOLUZIONE PH 10.01(GIALLO) 250ML AutoCAL (238321) CERTIFICATA HAMILTON