

MD 110 BLUETOOTH®



- Bluetooth® per scarico dati su dispositivo mobile
- Display retroilluminato
- Spegnimento automatico
- Ora e data

L'ottica di alta precisione con i suoi filtri di interferenza di alta qualità utilizza LED stabili a lungo termine come sorgente luminosa. Poiché non ci sono parti in movimento, l'intero dispositivo di misurazione non richiede assolutamente alcuna manutenzione.

Forniti di serie:

Forniti in valigia con 4 batterie "AAA", 3 provette da 24 mm con tappo, reagenti (comprese, liquidi o polvere), scovolino, pestello, garanzia, certificato di conformità e manuale d'uso.

Nome	Parametri	Metodi	Descrizione	Codice
MD 110 3 IN 1	Cloro libero e totale: 0,01-6,0 mg/l Cl ₂ pH: 6,5 - 8,4 Acido cianurico : 2-160 mg/l CyA	100, 103 330 160	Reattivi in compresse	89801023
MD 110 3 IN 1	Cloro libero e totale: 0,02-4,0 mg/l Cl ₂ pH: 6,5 - 8,4 Acido cianurico : 2-160 mg/l CyA	101 331 160	Reattivi liquidi	89801523
MD 110 4 IN 1	Cloro libero e totale: 0,01-6,0 mg/l Cl ₂ pH: 6,5 - 8,4 Acido cianurico : 2-160 mg/l CyA Alcalinità totale: 5-200 mg/l CaCO ₃	100, 103 330 160 30	Reattivi in compresse	89807023
MD 110 6 IN 1	Cloro libero e totale: 0,01-6,0 mg/l Cl ₂ Bromo: 0,05 - 13,0 mg/l Br pH: 6,5 - 8,4 Acido cianurico : 2-160 mg/l CyA Alcalinità totale: 5-200 mg/l CaCO ₃ Durezza calcio: 0-500 mg/l CaCO ₃	100, 103 80 330 160 30 191	Reattivi in compresse	89809023

MD 100

Nome	Campo di misura	Metodi	Descrizione	Codice
MD 100 AMMONIACA	0,02 - 1,0 mg/l N 0,01 - 0,8 mg/l N	60 62	Reattivi in compresse Reattivi in polvere	82065003
MD 100 CLORO	0,01 - 6,0 mg/l Cl ₂ / 0,1 - 10 mg/l Cl ₂ HR	100, 103	Reattivi in compresse	82669003
MD 100 CLORO	0,02 - 4,0 mg/l Cl ₂	101	Reattivi liquidi	82760053
MD 100 CLORO POLVERE	0,02 - 2 mg/l Cl ₂ 0,1 - 8,0 mg/l Cl ₂	110 111	Reattivo in polvere	82699503
MD 100 CLORO HR	5 - 200 mg/l Cl ₂	105	Reattivi in compresse	82671003
MD 100 CLORURI	0,5 - 25 / 5 - 250 mg/l Cl ⁻	90, 93	Reattivi in compresse	82068003
MD 100 DUREZZA TOTALE	2 - 50 20 - 500 mg/l CaCO ₃	200 201	Reattivi in compresse	82080103
MD 100 CLORO CLORO BISSIDO	Cloro biossido: 0,02 - 11,0 mg/l ClO ₂ Cloro LR: 0,01 - 6,0 mg/l Cl ₂ Cloro HR: 5-200 mg/l Cl ₂	120 100 105	Reattivi in compresse	82688003

ACCESSORI

KIT VERIFICA LUNGHEZZE D'ONDA (0, 430, 530, 560, 580, 610 e 660nm)

Per modello:	Codice
MULTIDIRECT	82156503
MD 610 / 600	82156403
MD 100 / 110 / 200	82156703

RICAMBI PER FOTOMETRI

Nome	Descrizione	Codice
SET 12 PROVETTE	Altezza 48 mm, diametro 24 mm, con tappo avvitabile	81976203
SET 3 PROVETTE	Altezza 48 mm, diametro 24 mm, con tappo avvitabile	81976213
SET 5 PROVETTE	Altezza 90 mm, diametro 16 mm, con tappo avvitabile	81976603
ADATTATORE	Adattatore per provette diametro 16 mm	81980103
PESTELLO	Pestello bianco per dissolvere reattivi in compresse	86410933

KIT STANDARD MULTIDIRECT - MD610 (AL 450 - AL 410 - AL 400)

Nome	Descrizione	Codice
pH	Standard di riferimento contenuti: pH 7,45	82156103
CLORO	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 0,2 mg/l Cl ₂ e 1 mg/l Cl ₂	82156003
CLORO	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 0,5 mg/l Cl ₂ e 2 mg/l Cl ₂	82156053

KIT STANDARD MD 110 - MD 100 (AL 200 - AL 110 - AL 100)

Nome	Descrizione	Codice
pH	Standard di riferimento contenuti: pH 7,45	82756703
CLORO	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 0,2 mg/l Cl ₂ e 1 mg/l Cl ₂	82756503
CLORO	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 0,5 mg/l Cl ₂ e 2 mg/l Cl ₂	82756553
CLORO	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 1 mg/l Cl ₂ e 4 mg/l Cl ₂	82756563
CLORO PP	Standard di riferimento contenuti: 0 Cl ₂ , 0,2 mg/l Cl ₂ e 1 mg/l Cl ₂ PER FOTOMETRI CON REATTIVI IN POLVERE	82756603

SOLUZIONI STANDARD DI VERIFICA METODO

Nome	Valore	Volume	Codice
AMMONIO	1,3 mg/l NH ₄ - 1,0 mg/l N	20 ml	84208003
AMMONIO	5,2 mg/l NH ₄ - 4,0 mg/l N	15 ml	84208013
AMMONIO	26 mg/l NH ₄ - 20 mg/l N	5 ml	84208023
FLUORURI	1 mg/l F ⁻	30 ml	82056303
FOSFATI	4,6 mg/l PO ₄ - 1,5 mg/l P	50 ml	84208083
FOSFATI	20 mg/l PO ₄ - 6,5 mg/l P	40 ml	84208093
NITRATI	40 mg/l NO ₃ - 9 mg/l N	12,5 ml	84208063
NITRITI	5 mg/l NO ₂ - 1,5 mg/l N	7,5 ml	84208073

REATTIVI PER FOTOMETRI

FORMATO: T = Compresse TT = Provette da 16mm P = Polvere PP = Bustine L = Liquidi VV = VacuVials

MODELLI: Lovibond MULTI = Aqualytic AL 450 Lovibond MD 610 = Aqualytic AL 410 / AL 400
 Lovibond MD 110 = Aqualytic AL 200 / AL 110 Lovibond MD 100 = Aqualytic AL 100

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
ACIDO CIANURICO	10-160 mg/l CyA	•	•	•	•		160	T	Acido Cianurico - 100 compresse	85113203
ALCALINITA' (-m)	5-200mg/l CaCO ₃	•	•	•	•		30	T	Alcalinità (-m) - 100 compresse	85132103
ALCALINITA' (-m) HR	5-500mg/l CaCO ₃	•	•	•			31	T	Alcalinità (-m) HR - 100 compresse	85132403
ALCALINITA' (-p)	5-300mg/l CaCO ₃	•	•	•			35	T	Alcalinità (-p) - 100 compresse	85132303
ALLUMINIO ORDINARE ENTRAMBI	0,01-0,3 mg/l Al	•	•	•			40	T	Alluminio N.1 - 100 compresse	85154603
									Alluminio N.2 - 100 compresse	85154703
ALLUMINIO (VARIO)	0,01-0,25 mg/l Al	•	•	•			50	PP	VARIO Alluminio Reagenti Set	85350003
AMMONIO azoto ammoniacale ORDINARE ENTRAMBI	0,02-1,0 mg/l N	•	•	•		•	60	T	Ammoniaca N. 1 - 100 compresse	85125803
									Ammoniaca N. 2 - 100 compresse	85125903
									Ammonia conditioning powder tube 15g (per acqua marina)	84601703
AMMONIO LR AZOTO AMMONIACALE	0,02 - 2,5 mg/l N	•	•	•			65	TT	VARIO Am Test Tube Reagente Set LR	85356003
AMMONIO HR AZOTO AMMONIACALE	1 - 50 mg/l N	•	•	•			66	TT	VARIO Am Test Tube Reagente Set HR	85356503
AMMONIO PP AZOTO AMMONIACALE	0,01 - 0,8 mg/l N	•	•	•		•	62	PP	VARIO Ammonia Nitrogen - 100 bustine	85355003
AZOTO TOTALE LR	0,5 - 25 mg/l N	•	•	•			280	TT	VARIO Azoto Totale LR set	85355503
AZOTO TOTALE HR	5 - 150 mg/l N	•	•	•			281	TT	VARIO Azoto Totale HR set	85355603
AZOTO TOTALE	0,5 - 14 mg/l N	•					283	TT	Azoto Totale - 24 Test	84207033
	5 - 140 mg/l N	•					284	TT		
BIGUANIDE (PHMB)	2 - 60 mg/l PHMB	•	•	•			70	T	Biguanide PHMB - 100 compresse	85161003
BROMO	0,05 - 13 mg/l Br ₂	•	•	•	•	•	80	T	DPD 1 - 100 compresse	85110603
									DPD 1 - 500 compresse	85110623
									DPD 1 High Calcium- 100 compresse (per campioni torbidi o alta conducibilità)	85157403
BROMO	0,05 - 4,5 mg/l Br ₂	•	•	•			81	PP	SET Cloro totale DPD - 100 compresse	85301203
CADMIO	0,025-0,75 mg/l Cd	•					87	TT	Cadmium set - 25 test	84207503
CAPACITÀ ACIDA FINO A PH 4.3 (KS4.3)	0.1-4 mmol/l CaCO ₃	•	•	•			20	T	Alcalinità (-m) - 100 compresse	85132103
CIANURI	0,005 -0,2 mg/l CN	•					156	L	Reagente per test cianuri - 100 test	84188743
	0,01 -0,5 mg/l CN	•	•	•			157			

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
CLORO COMPRESSE	0,01 - 6,0 mg/l Cl ₂	●	●	●	●	●	100	T	DPD 1 - 100 compresse - per cloro libero	85110603
									DPD 1 - 500 compresse	85110623
									DPD 1 High Calcium - 100 compresse	85157403
									DPD 3 - 100 compresse - per cloro totale	85110803
									DPD 3 - 500 compresse	85110823
									DPD 3 High Calcium - 100 compresse	85157303
									DPD 4 - 100 compresse - per Cl combinato	85112203
CLORO REAGENTI LIQUIDI	0,02 - 4,0 mg/l Cl ₂	●	●	●	●	●	101	L	DPD 1 - Reagente buffer blu - 1 x 15 ml	84710103
									DPD 1 - Reagente buffer verde - 1x15 ml	84710203
									DPD 1 - Reagente buffer blu - 6x15 ml	84710163
									DPD 1 - Reagente buffer verde - 6x15 ml	84710263
									DPD 3 - Reagente buffer rossa - 1 x 15 ml	84710303
									DPD 3 - Reagente buffer rossa - 6 x 15 ml	84710363
CLORO REAGENTI IN BUSTINA	0,02 - 2,0 mg/l Cl ₂	●	●	●		●	110	PP	DPD Cloro Free - 100 bustine	85301003
									DPD Cloro Total - 100 bustine	85301203
CLORO REAGENTI IN BUSTINA	0,02 - 3,5 mg/l Cl ₂	●	●	●			113	PP	VARIO DPD Cloro Free - 100 bustine	85301803
									VARIO DPD Cloro Total - 100 bustine	85301903
CLORO HR (KI) ORDINARE ENTRAMBI	5 - 200 mg/l Cl ₂	●	●	●		●	105	T	Cloro HR (KI) - 100 compresse	85130003
									Acidificante GP - 100 compresse	85154803
CLORO HR REAGENTI IN BUSTINA	0,1 - 8 mg/l Cl ₂			●		●	111	PP	DPD Cloro Free - 100 bustine	85301003
									DPD Cloro Total - 100 bustine	85301203
CLORO HR	0,1 - 10 mg/l Cl ₂	●	●	●		●	103	T	DPD 1 HR- 100 compresse - per cloro libero	85115003
									DPD 3 HR - 100 compresse - per cloro totale	85115903
									DPD 1 High Calcium - 100 compresse	85157403
									DPD 3 High Calcium - 100 compresse	85157303
CLORO BIOSSIDO	0,05 - 1 mg/l ClO ₂	●					119	T	DPD 1 - 100 compresse - per cloro libero	85110603
									DPD 1 - 500 compresse	85110623
									DPD 1 High Calcium - 100 compresse	85157403
	0,02 - 11,0 mg/l ClO ₂	●	●	●		●	120		DPD 3 - 100 compresse - per cloro totale	85110803
									DPD 3 - 500 compresse	85110823
									DPD 3 High Calcium - 100 compresse	85157303
									DPD Glycine - 100 compresse (necessario in presenza di cloro)	85121703


Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
CLORO BIOSSIDO REAGENTI IN BUSTINA	0,04 - 3,8 mg/I Cl ₂	•	•	•		•	122	PP	DPD Cloro Free - 100 bustine (cloro libero)	85301003
									DPD Glycine - 100 compresse (necessario in presenza di cloro)	85121703
CLORURI ORDINARE ENTRAMBI	0,5 - 25 mg/I Cl ⁻	•	•	•		•	90	T	Cloruri T1 - 100 compresse	85159103
									Cloruri T2 - 100 compresse	85159203
COD LR	3 - 150 mg/I	•	•	•			130	TT	COD LR - 25 Test tube	84207103
									COD LR - 25 Test tube con mercurio per campioni con cloruri	84207203
COD MR	20 - 1500 mg/I	•	•	•			131	TT	COD MR - 25 Test tube	84207113
									COD MR - 25 Test tube con mercurio per campioni con cloruri	84207213
COD HR	200 - 15000 mg/I	•	•	•			132	TT	COD HR - 25 Test tube	84207123
									COD HR - 25 Test tube con mercurio per campioni con cloruri	84207223
COD LMR	15 - 300 mg/I	•	•	•			133	TT	COD LMR - 25 Test tube con mercurio per campioni con cloruri	84231203
CROMO	0,005 - 0,5 mg/I Cr	•					124	PP	Persolfato reagente per Cromo - 100 bustine	85373003
	0,02 - 2 mg/I Cr	•	•	•			125		Cromo esavalente - 100 bustine	85373103
DEHA ORDINARE COMPRESSE + SOLUZIONE	20 - 500 µg/I	•	•	•			165	T(L)	DEHA pastiglie - 100 compresse	85132203
									DEHA soluzione - 1 x 15 ml	84611853
									DEHA soluzione - 1 x 100 ml	84611813
DEHA	20 - 500 µg/I	•	•	•			167	PP	VARIO DEHA reagent set	85360003
DUREZZA CALCIO	20 - 500mg/I CaCO ₃	•	•	•	•		191	T	Combipak DUREZZA CALCIO H No.1/No.2	85177613
DUREZZA CALCIO HR	50 - 900mg/I CaCO ₃	•	•	•			190	T	Cal Check - 100 compresse	85156503
DUREZZA TOTALE	2 - 50mg/I CaCO ₃ 20 - 500mg/I CaCO ₃	•	•	•		•	200 201	T	Durezza P - 100 compresse	85156603
FENOLO	0,1 - 5 mg/I C ₆ H ₅ OH	•					315	T	Fenolo 1 - 100 compresse	85159503
									Fenolo 2 - 100 compresse	85159603
FERRO (Fe²⁺, Fe³⁺) SOLUBILE	0,02 - 1,0 mg/I Fe	•	•	•			220	T	Ferro LR - 100 compresse	85153703
FERRO (Fe²⁺) SOLUBILE	0,02 - 1,0 mg/I Fe	•	•	•			220	T	Ferro (II) LR - 100 compresse	85154203
FERRO	0,02 - 3,0 mg/I Fe	•	•	•			222	PP	VARIO Ferro F10 - 100 bustine	85305603
FERRO HR	0,1 - 10 mg/I Fe	•		•			227	L	FERRO HR reagent set	85235903
FERRO IN PRESENZA DI MOLIBDENO	0,01 - 1,8 mg/I Fe	•	•	•			224	PP	SET VARIO FERRO Fe in Mo - 1 X 100	85360103
FERRO (TPTZ)	0,02 - 1,8 mg/I Fe	•	•	•			223	PP	VARIO TPTZ F10 - 100 bustine	85305503
FLUORURI	0,05 - 2,0 mg/I F ⁻	•	•	•			170	L	SPADNS - sol. 1 x 250 ml	84674813
									Standard Fluoruri 1 mg/I - sol. 1 x 30 ml	82056303
FORMALDEIDE	1 - 5 mg/I HCHO	•					175	TT	FORMALDEIDE 14678 - 25 test	84207513
	0,02 - 1 mg/I HCHO						176			

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
FOSFATI ORTO LR ORDINARE ENTRAMBI	0,02 - 1,3 mg/l P 0,05 - 4 mg/l P	•	•	•			320	T	Fosfato No. 1 LR - 100 compresse	85130403
									Fosfato No. 2 LR - 100 compresse	85130503
FOSFATI LR VACU-VIALS	0,02 - 1,6 mg/l P	•	•	•			328	VV	Fosfati 2C Vacu-Vials - 30 fiale	83804803
									Adattatore per Vacu-Vials	81920753
FOSFATI ORTO HR ORDINARE ENTRAMBI	0,33 - 26 mg/l P 1 - 80 mg/l PO ₄	•	•	•			321	T	Fosfato No. 1 HR - 100 compresse	85158103
									Fosfato No. 2 HR - 100 compresse	85158203
FOSFATI HR VACU-VIALS	1,6 - 13 mg/l P	•	•	•			327	VV	Fosfati 1C Vacu-Vials - 30 fiale	83804603
									Adattatore per Vacu-Vials	81920753
FOSFATI ORTO PP	0,02 - 0,8 mg/l P	•	•	•			323	PP	VARIO PHOS3 10ml - 100 bustine	85315503
FOSFATI ORTO	0,02 - 1,6 mg/l P	•	•	•			324	TT	Fosfati Orto Set - 50 bustine	85352003
FOSFATI ACIDO IDROLIZZABILE E TOTALE	0,02 - 1,6 mg/l P	•	•	•			325	TT	Fosfato acido idrol.e totale - 50 test	85352503
FOSFATI TOTALI	0,02 - 1,1 mg/l P 0,06 - 3,5 mg/l PO ₄	•	•	•			326	TT	Fosfati totali Set - 50 test	85352103
FOSFONATI	0,2 - 125 mg/l PO ₄	•	•	•			316	PP	Fosfonati VARIO Set - 100 test	85352203
									Lampada UV a penna	84007403
FOSFATI TOTALI LR	0,07 - 3 mg/l P	•					317	TT	FOSFATI TOTALI LR - 24 test	84190193
FOSFATI TOTALI HR	1,5 - 20 mg/l P	•					318	TT	FOSFATI TOTALI HR - 24 test	84207003
HAZEN	10 - 500 mg/l Pt	•	•	•			204		Non richiede reagenti	
IDRAZINA	0,05 - 0,5 mg/l N ₂ H ₄	•	•	•			205	P	Idrazina test in polvere - 30 g	84629103
									Cucchiaino di misura	83849303
IDRAZINA L	0,01 - 0,6 mg/l N ₂ H ₄	•	•	•			206	L	Idrazina L Reagent Solution Hydra2 100 ml	85312003
IDROGENO PEROSSIDO LR/HR	1 - 50 mg/l H ₂ O ₂ 40 - 500 mg/l H ₂ O ₂	•	•	•			213 214	L	1x15 ml Idrogeno perossido LR - 50 test	84249913
							210	T	Idrogeno perossido LR - 100 compresse	85123803
IODIO	0,05 - 3,6 mg/l I ₂	•	•	•			215	T	DPD 1 - 100 compresse	85110603
									DPD 1 - 500 compresse	85110623
									DPD 1 High Calcium - 100 compresse	85157403
IPOCLORITO ORDINARE ENTRAMBI	0,2 - 16% w/w NaOCl	•	•	•			212	T	Cloro HR - 100 compresse	85130003
									Acidificante GP - 100 compresse	85154803
MANGANESE ORDINARE ENTRAMBI	0,2 - 4,0 mg/l Mn	•	•	•			240	T	Manganese LR 1 - 100 compresse	85160803
									Manganese LR 2 - 100 compresse	85160903

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
MANGANESE LR	0,01 - 0,7 mg/l Mn	•	•	•			242	PP	VARIO Manganese LR F10	85350903
									Vario Rochelle soluzione salina - 30 ml -per campioni con durezza superiore a 300 mg/l di CaCO ₃	85306403
MANGANESE HR PP	0,1 - 18 mg/l Mn	•	•	•			243	PP	Vario Manganese HR / F10 set	85351003
MOLIBDATI ORDINARE ENTRAMBI	1 - 50 mg/l MoO ₄	•	•	•			250	T	Molibdato No. 1 HR - 100 compresse	85130603
									Molibdato No. 2 HR - 100 compresse	85130703
MOLIBDATI HR PP	0,5 - 66 mg/l MoO ₄ 0,3 - 40 mg/l Mo	•	•	•			252	PP	Vario Molibdeno HR set	85353003
MOLIBDATI HR	1 - 100 mg/l MoO ₄			•			254	L	KS63 - FE6 MOLIBDATI HR 35ml	85063653
MOLIBDATI LR	0,03 - 3 mg/l MoO ₄	•	•	•			251	PP	Vario Molibdeno LR set	85354503
									Cilindro graduato 25 ml	88026503
NICHEL L	0,2 - 7 mg/l Ni	•	•	•			256	L	Nichel L - 1x50 test	84190333
									Misurino cucchiaino n°8 (nero)	84245133
NITRATI	1 - 30 mg/l N	•	•	•			265	TT	Set VARIO NITRATI X - 50 test	85355803
NITRATI LR	0,08 - 1 mg/l N	•		•			260	T	Nitrati test 15 g polvere	84652303
									Nitrati test - 100 compresse	85028103
									Nitriti LR - 100 compresse	85123103
									Provetta per test NITRATI	83662203
NITRATI LR	0,5 - 14 mg/l N	•					267	TT	Nitrati -111 - 24 test	84207023
NITRITI	0,01 - 0,5 mg/l N	•	•	•			270	T	Nitriti LR - 100 compresse	85123103
NITRITI LLR	0,03 - 0,6 mg/l N	•					275	TT	Nitriti -101 - 24 test	84190183
									Misurino a cucchiaino n° 8 (nero)	84245133
NITRITI HR	0,3 - 3 mg/l N	•					276	TT	Nitriti -101 - 24 test	84190183
									Misurino a cucchiaino n° 8 (nero)	84245133
NITRITI PP	0,01 - 0,3 mg/l N	•	•	•			272	PP	Vario Nitri 3 F10 - 100 bustine	85309803
OSSIGENO ATTIVO	0,1 - 10 mg/l O ₂	•	•	•			290	T	DPD 4 - 100 compresse	85112203
OSSIGENO DISCIOLTO	10 - 800 µg/l O ₂	•	•	•			292	VV	Ossigeno disciolto Vacu-Vials - 30 fiale	83804503
	10 - 1100 µg/l O ₂	•							Adattatore per Vacu-Vials	81920753
OZONO DPD NECESSARI DPD 1 E DPD 3	0,02 - 2,0 mg/l O ₃	•	•	•			300	T	DPD 1 - 100 compresse	85110603
									DPD 1 - 500 compresse	85110623
									DPD 1 High Calcium - 100 compresse	85157403
									DPD 3 - 100 compresse	85110803
									DPD 3 - 500 compresse	85110823
									DPD Glycine - 100 compresse (necessario in presenza di cloro)	85121703
									DPD 3 High Calcium -100 compresse	85157303

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
pH LR	5,2 - 6,8 pH	•	•	•			329	T	Bromocresolpurple - 100 compresse	85157003
pH COMPRESSE	6,5 - 8,4 PH	•	•	•	•		330	T	Rosso fenolo- 100 compresse	85117703
									Rosso fenolo - 500 compresse	85117723
pH REATTIVI LIQUIDI	6,5 - 8,4 PH	•	•	•	•		331	L	Rosso fenolo / soluzione - 1 x 15 ml	84710403
									Rosso fenolo / soluzione - 6 x 15 ml	84710463
pH HR	8,0 - 9,6 pH	•	•	•			332	T	Thymolblue - 100 compresse	85157103
PIOMBO PROVETTA 16 mm	0,1 - 5,0 mg/l Pb	•					234 235	TT	Piombo reagent set 14833- 25 test	84207543
PIOMBO CUVETTA 10 mm	0,1 - 5,0 mg/l Pb	•					232	TT	Piombo reagent set 9717 - 25 test	84207533
POLIACRILATO	1 - 30 mg/l Polyacryl	•		•			338	L	Poliacrilato reagent set - 2x65 ml	85191653
									Cartuccia C18	85201013
									KS336 Propanolo - 65 ml	85336653
									KS173 Indicatore - 65 ml	85173653
									KT183 Acido Nitrico - 65 ml	85183653
POTASSIO	0,7 - 16 mg/l K	•	•	•			340	T	Potassio T - 100 compresse	85156703
RAME LIBERO E TOTALE ORDINARE ENTRAMBI	0,05 - 1 mg/l Cu	•					149	T	Rame No. 1 - 100 compresse	85135503
	0,05 - 5 mg/l Cu	•	•	•			150		Rame No. 2 - 100 compresse	85135603
RAME	0,05 - 4 mg/l Cu	•		•			151	L	Rame reagent set	85233553
									Pestello / Cucchiato	85666013
RAME LIBERO	0,05 - 5 mg/l Cu	•	•	•			153	PP	Vario Cu 1 F10 - 100 bustine	85303003
SAC COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO SPETTRALE	0,5-50 m ⁻¹ a 436 nm	•					345		Non richiede reagenti	
	0,5-50 m ⁻¹ a 525 nm						346			
	0,5-50 m ⁻¹ a 620 nm						347			
SILICE ORDINARE TUTTI	0,05 - 4,0 mg/l SiO ₂	•	•	•			350	T	Silice No. 1 - 100 compresse	85131303
									Silice No. 2 - 100 compresse	85131403
									Silice PR pastiglie - 100 compresse	85131503
SILICE LR	0,1 - 1,6 mg/l SiO ₂	•	•	•			351	PP	VARIO Silice LR set F10	85356903
SILICE HR	1 - 90 mg/l SiO ₂	•	•	•			352	PP	VARIO Silice HR set F10	85357003
SOLFATI VARIO	5 - 100 mg/l SO ₄ ²⁻	•	•	•			360	PP	VARIO Sulpha 4 F10 - 100 bustine	85321603
	50 - 1000 mg/l SO ₄ ²⁻						361			
SOLFATI T	5 - 100 mg/l SO ₄ ²⁻	•	•	•			355	T	Solfati T - 100 compresse	85154503
SOLFITI	0,1 - 5 mg/l SO ₃	•	•	•			370	T	Solfiti LR - 100 compresse	85180203
SOLIDI SOSPESI 24	10 - 750 mg/l TSS	•	•	•			384		Non richiede reagenti	
SOLFURI	0,04 - 0,5 mg/l S ²⁻	•	•	•			365	T	Solfuri No.1 - 100 compresse	85029303
									Solfuri No.2 - 100 compresse	85029403

Nome	Range	XD7000	MULTI	MD 610	MD 110	MD 100	Metodo	Formato	Composizione	Codice
TENSIOATTIVI ANIONICI	0,05 - 2 mg/l SDSA	•	•	•			376	TT	Surfactants anionici Set - 25 test	84207633
TENSIOATTIVI NON IONICI	0,1 - 7,5 mg/l Triton X-100	•	•	•			377	TT	Surfactants non ionici Set - 25 test	84207643
TENSIOATTIVI CATIONICI	0,05 - 1,5 mg/l CTAB	•	•	•			378	TT	Surfactants cationici Set - 25 test	84207653
TOC LR CARBONIO ORGANICO TOTALE	5 - 80 mg/l TOC	•	•	•			380	TT	TOC LR Set - 25 test	84207613
									Tappi a vite per provette TOC - 1 x 6	84207573
TOC HR CARBONIO ORGANICO TOTALE	50 - 800 mg/l TOC	•	•	•			381	TT	TOC HR Set - 25 test	84207563
									Tappi a vite per provette TOC - 1 x 6	84207573
TORBIDITA'	10 - 1000 FAU	•	•	•			386		Non richiede reagenti	
TRIAZOLO	1 - 16 mg/l Benzotriazolo o Tolyltriazolo	•		•			388	PP	Set VARIO Triazolo F25 1 x 100	85322003
									VARIO Rochelle soluzione	85306403
									LAMPADA UV a penna	84007403
UREA ORDINARE ENTRAMBI : UREA REAGENTE 1 E 2, AMMONIA NO.1 E NO.2	0,1 - 2,5 mg/l Urea	•	•	•			390	T	Urea reagente 1 - sol. 1x15 ml	84593003
									Urea reagente 2 - sol. 1x10 ml	84594003
									Ammonia No.1 - 100 compresse	85125803
									Ammonia No.2 - 100 compresse	85125903
									Ammonia conditioning - powder tube 15g (per acqua marina)	84601703
									Urea pretrattamento - 100 compresse (in presenza di Cl ₂ libero 2 mg/l per compressa) -	85161103
ZINCO T COMPRESSE	0,02 - 1 mg/l Zn	•	•	•			400	T	Rame / Zinco LR- 100 compresse	85126203
									Declorante - 100 compresse (necessario con alto residuo di cloro)	85123503
									EDTA - 100 compresse (necessario in presenza di Rame)	85123903
ZINCO L LIQUIDO	0,1 - 2,5 mg/l Zn	•		•			405	L	Zinco LR set reagenti	85239653



Il depliant **Analisi Acque** è disponibile sul sito
www.giorgiobormac.com in formato PDF