

Codice	6006
Tipo Analisi	Anidride carbonica
Metodo di analisi	Titolazione dell'anidride carbonica con sodio idrossido
Sensibilità	2,2 ppm CO ₂ (0,5°f)
N° Analisi effettuabili	2.000 gradi francesi
Contenuto del kit	<ul style="list-style-type: none"> – 1 flacone da 100 ml di titolante Anidride Carbonica – 1 flacone da 25 ml indicatore P – 2 provette da 20ml – 1 siringa da 5ml – 1 siringa di titolazione (3,75ml) – istruzioni
Osservazioni	<p>– La siringa di titolazione del Titrates consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più elevate, su campioni di più di 5 ml.</p> <p>– I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche, può essere conveniente l'impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori).</p>
Ricambi e accessori	<ul style="list-style-type: none"> – Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione (Cod.N° 7001) – titolante, confezione da 6 flaconi da 100cc con 1 siringa di titolazione (Cod.N° 6317) <ul style="list-style-type: none"> – indicatore P, confezione da 6 flaconi (Cod.N° 6311) – siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi (Cod.N° 7011)